



Dodatečné informace k zadávacímu řízení

Název zakázky	Čelist'ový laboratorní drtič
Druh zakázky	dodávka
CPV zakázky	43414000-8
Název projektu	INEF – Inovace pro efektivitu a životní prostředí
Číslo projektu	CZ.1.05/2.1.00/01.0036
URL projektu	http://www.vsb.cz

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Sídlo zadavatele	17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba
IČ zadavatele	619 89 100
WWW zadavatele	http://www.vsb.cz/innet/cs/okruhy/uredni-deska/verejne-zakazky/
Osoba oprávněná jednat za zadavatele	prof. Ing. Vondrák Ivo, CSc. – rektor

Zastoupen na základě plné moci

Zmocněnec	Dobrá zakázka s. r. o.
Adresa zmocněnce	Hlubinská 1378/36, 702 00 Moravská Ostrava
IČ zadavatele	286 31 595
Elektronická adresa	info@dobrazakazka.cz
URL	http://www.dobrazakazka.cz
Telefonní kontakt	+ 420 774 883 284
Registrace:	Krajský soud v Ostravě sp.zn. C/35709

Ostrava
2012-03-28

Zadavatel Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava obdržel žádost o dodatečné informace k předmětné zakázce. Tímto prostřednictvím zmocněnce výše uvedené zakázky poskytuje tyto dodatečné informace všem uchazečům o zakázku.

Dotaz:

Existuje rozpor mezi textovou částí zadávací dokumentace a technickou specifikací.

Odpověď:


Zadavatel upravuje některé parametry následovně:

Maximální vstupní zrno – 120 mm.

Výstupní zrno – 1 – 20 mm.

Hmotnost – max. 250 kg.

S přáním příjemného dne


.....
Ing. Jiří Zapletal
na základě plné moci